



## ATEST HIGIENICZNY

B-BK-60212-0475/21

### HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Lampy UV-C bezpośredniego działania, modele: NBV (15/2x15/30/2x30/55/2x55);  
wykonanie: N, S, P**

Zawierający / containing: stal malowaną proszkowo, aluminium, stal kwasoodporną i inne materiały wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: stosowania w placówkach służby zdrowia, szpitalach, przychodniach, laboratoriach, aptekach, obiektach przemysłowych, w tym branży farmaceutycznej, spożywczo-przetwórczej i kosmetycznej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie wyrobu musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym jest on stosowany. Montaż i eksploatacja zgodnie z instrukcją obsługi dołączoną przez producenta.

W trakcie pracy lamp UV-C bezpośredniego działania w pomieszczeniu, w którym zainstalowano urządzenie nie mogą przebywać ludzie.

Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu

/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytwórca / producer:

ULTRA-VIOL sp. j. Pietras, Purgał, Wójcik

95-100 Zgierz

Stępowizna 34

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

ULTRA-VIOL sp. j. Pietras, Purgał, Wójcik

95-100 Zgierz

Stępowizna 34

Atest może być poprawiony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2026.10.26 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2026.10.26 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 26 października 2021

The date of issue of the certificate: 26th October 2021

Kierownik  
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego  
Środowiska

dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB